

SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O.

74-100 GRYFINO, PARKOWA 5

(dalej: „Zamawiający”)

Dotyczy: postępowania przetargowego, zatytułowanego „Dostawa leków i artykułów spożywczych, zwanych dalej produktami leczniczymi” (dalej „przedmiotowe postępowanie”)

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakietach 41 i 42 w przedmiotowym postępowaniu:

- 1. Czy z uwagi na możliwość ujednoczenia oferty i systemu do monitorowania glikemii w swojej Placówce Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych GlucoDr. auto zarówno w pakiecie 41 jak i 42?**

Odpowiedź: Pozostajemy przy zapisach SIWZ.

- 2. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów glikemii we krwi włosniczkowej, żyłnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?**

Odpowiedź: Pozostajemy przy zapisach SIWZ.